



Katowice, dnia 03.12.2019r.

UNIwersYTET ŚLĄSKI
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
tel. (032) 359 19 24

Wyjaśnienia treści SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia powyżej 221.000 euro, pn. „Dostawa urządzeń laboratoryjnych” nr spr. DZP.381.089.2019.DW.

I. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” ,Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Pytanie Wykonawcy nr 1: dotyczy części C- analizator impedancji:

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający uznaje analizator impedancji Keysight Technologies E5061B z opcjami 3L3 oraz 005 za spełniający wszystkie wymagania techniczne zawarte w opisie przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 2 do SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający sprawdza czy parametry urządzenia oferowanego przez Wykonawcę spełniają wszystkie wymagania techniczne zawarte w opisie przedmiotu zamówienia, w trakcie oceny oferty, po otwarciu ofert złożonych w postępowaniu. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu wyznaczonego do ich otwarcia. Na etapie przygotowania oferty, do Wykonawcy należy ocena, czy model urządzenia, który Wykonawca zamierza zaoferować, spełnia wymagania Zamawiającego opisane w SIWZ.

2. Pytanie Wykonawcy nr 2: Czy Zamawiający dopuszcza termin realizacji umowy w zakresie Części C do 8 tygodni od daty zawarcia umowy?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Zamawiający dopuszcza termin realizacji umowy w zakresie Części C do 8 tygodni od daty zawarcia umowy. W związku z tym, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia SIWZ, w następujący sposób:

1) Zmienia się SIWZ w rozdz. II ust. 4 „Termin realizacji zamówienia” pkt. 2) :

jest: w zakresie części B,C,G: do 4 tygodni od daty zawarcia umowy

powinno być: w zakresie części B,G: do 4 tygodni od daty zawarcia umowy

2) Zmienia się SIWZ w rozdz. II ust. 4 „Termin realizacji zamówienia” pkt. 3) :

jest: w zakresie części D: do 8 tygodni od daty zawarcia umowy

powinno być: w zakresie części C,D: do 8 tygodni od daty zawarcia umowy

3) **Zmienia się Załącznik nr 1 A do SIWZ- Formularz oferty w zakresie części C, w ust. 3:**

jest: Oświadczamy, że dostawę przedmiotu zamówienia zrealizujemy w terminie dotygodni od daty zawarcia umowy. (słownie tygodni :) (Zamawiający wymaga, aby termin realizacji wynosił max. do 4 tygodni; „termin realizacji”, zgodnie z SIWZ stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, oceniane na podstawie ww. oświadczenia.).

powinno być: Oświadczamy, że dostawę przedmiotu zamówienia zrealizujemy w terminie dotygodni od daty zawarcia umowy. (słownie tygodni :) (Zamawiający wymaga, aby termin realizacji wynosił max. **do 8 tygodni**; „termin realizacji”, zgodnie z SIWZ stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, oceniane na podstawie ww. oświadczenia.).

3. **Pytanie Wykonawcy nr 3: dotyczy części A- spektrometr fluorescencyjny:**

Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na dostarczenie pełnej instrukcji obsługi dla spektrometru w języku angielskim, ale z tłumaczeniem na język polski rozdziałów poświęconych procedurom zachowania bezpieczeństwa, w tym podstawowe zasady bezpieczeństwa i kategorie zagrożeń i napisy ostrzegawcze, itd.? Zapewniamy również, iż karta gwarancyjna zostanie sporządzona w języku polskim.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

4. **Pytanie Wykonawcy nr 4: dotyczy części I- mieszadło magnetyczne z grzaniem:**

Czy Zamawiający dopuści mieszadło z ceramiczną płytą grzewczą o wymiarach 18x18 cm?
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia prawdopodobnie przez omyłkę podał wymiar płyty w mm.

Odpowiedź Zamawiającego: TAK, Zamawiający wymaga mieszadeł, które posiadają płytę grzewczą o wymiarach 18 x 18 cm (czyli 180 x 180 mm). Wymiary 18 x 18 mm są błędne. W związku z tym, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia SIWZ, w następujący sposób: **Zmienia się Załącznik nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia w zakresie części I:**

jest: „Mieszadło magnetyczne z grzaniem w zestawie ze statywem i termometrem kontaktowym, ceramiczna płyta grzewcza 18x18mm”

powinno być: „Mieszadło magnetyczne z grzaniem w zestawie ze statywem i termometrem kontaktowym, ceramiczna płyta grzewcza **18 x18 cm**”

5. **Pytanie Wykonawcy nr 5: dotyczy części A – spektrometr fluorescencyjny:**

Uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu dostawy urządzenia do 14 tygodni od daty zawarcia umowy.
Nadmieniamy tylko, że przewidywany termin realizacji następował będzie po okresach przerw świątecznej i noworocznej, co w każdym kraju wiąże się z pewnymi przerwami urlopowymi. Dołożymy jednocześnie wszelkich starań do jak najszybszej realizacji dostawy.

Odpowiedź Zamawiającego:

TAK. Zamawiający dopuszcza termin realizacji umowy w zakresie Części A do 14 tygodni od daty zawarcia umowy. W związku z tym, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia SIWZ, w następujący sposób:

1) **Zmienia się SIWZ w rozdz. II ust. 4 „Termin realizacji zamówienia” pkt. 1) :**

jest: w zakresie części A: do 12 tygodni od daty zawarcia umowy

powinno być: w zakresie części A: do 14 tygodni od daty zawarcia umowy

2) **Zmienia się Załącznik nr 1 A do SIWZ- Formularz oferty w zakresie części A, w ust. 3:**

jest: Oświadczamy, że dostawę przedmiotu zamówienia zrealizujemy w terminie dotygodni od daty zawarcia umowy. (słownie tygodni :) (Zamawiający wymaga, aby termin realizacji wynosił max. do 12 tygodni; „termin realizacji”, zgodnie z SIWZ stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, oceniane na podstawie ww. oświadczenia.).

powinno być: Oświadczamy, że dostawę przedmiotu zamówienia zrealizujemy w terminie dotygodni od daty zawarcia umowy. (słownie tygodni :) (Zamawiający wymaga, aby termin realizacji wynosił max. **do 14 tygodni**; „termin realizacji”, zgodnie z SIWZ stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, oceniane na podstawie ww. oświadczenia.).

II. Zgodnie z art. 38 ust. 4 w zw. z art. 4a ust. 1) ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w następujący sposób:

1. Zmienia się termin składania i otwarcia ofert:

1) **Pkt 1 w rozdziale IX SIWZ „Miejsce i termin składania ofert” otrzymuje brzmienie:**

Ofertę należy złożyć w terminie **do 19.12.2019r. do godz. 10:00.**

2) **Pkt 1 w rozdziale X SIWZ „Termin i tryb otwarcia ofert” otrzymuje brzmienie:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **19.12.2019r. o godz. 12:00** w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, pok. nr 61, III p.

2. Zmienia się **rozdz. XI SIWZ ust. 2 lit. b) Zasady przyznawania punktów w kryterium „Termin realizacji”:**

Zgodnie z SIWZ, maksymalny wymagany termin realizacji zamówienia wynosi:

- w zakresie części A: **do 14 tygodni** od daty zawarcia umowy,
- w zakresie części B,G: do 4 tygodni od daty zawarcia umowy,
- w zakresie części **C,D: do 8 tygodni od daty zawarcia umowy,**
- w zakresie części E,I: do 6 tygodni od daty zawarcia umowy,
- w zakresie części F,H,J: do 3 tygodni od daty zawarcia umowy,

Ocena dla tego kryterium będzie obliczana na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w formularzu oferty (ust. 3 załącznika nr 1A do SIWZ). Zamawiający w ramach tego kryterium przyzna maksymalnie **20 pkt.**

Punkty za kryterium „termin realizacji” zostaną przyznane w następujący sposób: Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin realizacji wynoszący:

- krótszy o 2 tygodnie od wymaganego terminu realizacji (tj.: **do 12 tygodni w zakresie części A**, do 2 tygodni w zakresie części B,G, **do 6 tygodni w zakresie części C,D**; do 4 tygodni w zakresie części E,I, do 1 tygodnia w zakresie części F,H,J)- **otrzyma 20 pkt.**
- krótszy o 1 tydzień od wymaganego terminu realizacji (tj.: **do 13 tygodni w zakresie części A**, do 3 tygodni w zakresie części B,G, **do 7 tygodni w zakresie części C,D**, do 5 tygodni w zakresie części E,I; do 2 tygodni w zakresie części F,H,J) - **otrzyma 10 pkt.**
- wymagany termin realizacji (tj. **do 14 tygodni w zakresie części A**, do 4 tygodni w zakresie części B,G, **do 8 tygodni w zakresie części C,D**, do 6 tygodni w zakresie części E,I, do 3 tygodni w zakresie części F,H,J)- **otrzyma 0 pkt.**
- **brak oświadczenia** lub dłuższy termin realizacji (tj. >3 tygodni w zakresie części F,H,J;
> 4 tygodni w zakresie części B,G, > 6 tygodni w zakresie części E,I; **> 8 tygodni w zakresie części C,D**;
> 14 tygodni w zakresie części A) – oferta zostanie odrzucona, jako nie spełniająca wymagań SIWZ.

W przypadku podania terminu realizacji w niepełnych tygodniach, w celu oceny tego kryterium Zamawiający zaokrągli podane okresy w górę do pełnych tygodni.

- III.** Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.
- IV.** Wyjaśnienia są wiążące i należy ją uwzględnić przy sporządzaniu oferty.
- V.** W związku z tym, iż przedmiotowe zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt. 2) Ustawy Pzp, przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie sprostowania, data przekazania: 03.12.2019r.
- VI.** W załączeniu:
1. Załącznik nr 1 A do SIWZ - Formularz oferty po zmianach (zmiany w zakresie części A i C)
 2. Załącznik nr 2 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia po zmianach (zmiana w zakresie części I)

mgr Damian Ludwikowski
Członek Komisji Przetargowej

mgr Kalina Rożek
Przewodniczący Komisji Przetargowej