



Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>



UNIwersYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

UNIwersYTET ŚLĄSKI

Katowice, dnia 04.03.2015 r.

ul. Bankowa 12,
40- 007 KATOWICE
NIP 634-019-71-34;
REGON 000001347

UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA

NR DZP.381.7.2015.DW

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr **DZP.381.7.2015.DW** o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwotę 207.000 € pn. **„Dostawa urządzeń laboratoryjnych: wagi, komory, oscyloskopy”**.

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące ww. postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na sześć dni przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z ust. 2 przedmiotowego artykułu treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. Wobec powyższego Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Dotyczy części A postępowania (waga analityczna z dokładnością 0,0001g – 2 szt.):

Czy Zamawiający dopuści wagę analityczną o czasie stabilizacji 3,5s? Zaproponowana waga spełnia pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego. Jeśli nie proszę o wyjaśnienie.



UNIwersYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH



Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie zgadza się na wagę analityczną z 3,5 sec. czasem stabilizacji. Zamawiający wyjaśnia, iż zaproponowany czas stabilizacji wynoszący 3,5 s jest prawie dwukrotnie dłuższy od czasu stabilizacji oczekiwanego przez Zamawiającego. Długi czas stabilizacji zmniejsza efektywność pracy. W pracy często jest wymagane wykonanie dużej ilości pomiarów, więc skumulowane długie oczekiwanie na "odczyt" wagi jest niewskazane.

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA SIWZ SĄ WIAŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej:

mgr Aneta Szturc – Krawczyk

Przewodniczący Komisji Przetargowej:

mgr inż. Artur Baran

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
tel. 32 359 13 34, 32 359 20 48
e-mail: dzp@us.edu.pl | www.us.edu.pl