



UNIWERSYTET ŚLĄSKI

ul. Bankowa 12,
40- 007 KATOWICE
NIP 634-019-71-34;
REGON 000001347

Katowice, dnia 03.11.2016 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NR DZP.381.90.2016.DW

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej równowartości kwoty 209 000 €: pn. „**Dostawa stacjonarnego spektrometru promieniowania gamma w osłonie niskotłowej**”, nr sprawy **DZP.381.90.2016.DW**

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące ww. postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na sześć (6) dni przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z ust. 2 przedmiotowego artykułu treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. Wobec powyższego Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający rezygnuje z charakteryzacji detektora jako warunku koniecznego i dopuści detektor HPGe spełniający pozostałe wymagane parametry, kompatybilny z oprogramowaniem Genie-2000 posiadanym przez Zamawiającego oraz posiadający oprogramowanie umożliwiające generowanie precyzyjnych krzywych wydajności dla dowolnej geometrii pomiarowej bez konieczności wykonywania kalibracji wzorcem objętościowym?

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i nie rezygnuje z wymogu charakteryzacji detektora HPGe.

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA SĄ WIAŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej :
mgr inż. Artur Baran

Przewodniczący Komisji Przetargowej:
mgr Aneta Szturc-Krawczyk