



UNIWERSYTET ŚLĄSKI

ul. Bankowa 12,

40- 007 KATOWICE

NIP 634-019-71-34;

REGON 000001347

Katowice, dnia 30.08.2017 r.

UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NR DZP.381.077.2017.DW

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty 209 000 € na dostawę pn.: „Dostawa urządzeń laboratoryjnych”, nr sprawy DZP.381.077.2017.DW

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące ww. postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa (2) dni przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z ust. 2 przedmiotowego artykułu treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. Wobec powyższego Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr: DZP.381.077.2017.DW pn. *Dostawa urządzeń laboratoryjnych*, uprzejmie prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ, mianowicie:

Cena, podana w ofercie, musi uwzględniać między innymi koszt zapewnienia bezpłatnego serwisu technicznego w okresie gwarancyjnym, zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Uprzejmie prosimy o sprecyzowanie, czy w ramach bezpłatnego serwisu technicznego Zamawiający oczekuje również bezpłatnego dostarczenia części zamiennych i szybko zużywających się.

Odpowiedź 1:

Zgodnie z §6 ust. 2 wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) „*Warunki gwarancji i serwisu określa niniejsza umowa, KC, oferta Wykonawcy oraz karta gwarancyjna (stanowiąca integralną część niniejszej umowy). W przypadku rozbieżności postanowień w danej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego*”, natomiast zgodnie z ust. 4 tegoż paragrafu umowy: „*Gwarancja obejmuje wszelkie czynności i*



usługi serwisowe.”

Zamawiający wymaga bezpłatnego dostarczenia części zamiennych i szybko zużywających się na warunkach określonych w gwarancji producenta sprzętu.

Pytanie 2:

Część C- Wirówka laboratoryjna z wyposażeniem- 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści wirówkę z zakresem czasowym od 1 sekundy do 99 godzin 59 minut 59 sekund, z krokiem 1s, spełniającą pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź 2:

Tak, Zamawiający dopuszcza wirówkę z zakresem czasowym od 1 sekundy do 99 godzin 59 minut 59 sekund, z krokiem 1s, spełniającą pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego.

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA SĄ WIAŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej :

mgr inż. Artur Baran

Przewodniczący Komisji Przetargowej:

mgr Aneta Szturc-Krawczyk