



Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>

UNIWERSYTET ŚLĄSKI

Katowice, dnia 20.04.2015 r.

ul. Bankowa 12,
40- 007 KATOWICE
NIP 634-019-71-34;
REGON 000001347

UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA NR DZP.381.36.2015.DW

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
– ZMIANA TREŚCI SIWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr **DZP.381.36.2015.DW** o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwotę 207.000 € pn. „**Dostawa urządzeń laboratoryjnych**”.

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące ww. postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z ust. 2 przedmiotowego artykułu treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. Wobec powyższego Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Dotyczy części I (Analityczny analizator impedancji precyzyjny)

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora impedancji o zakresie pomiarowym impedancji 25mΩ do 40 MΩ?

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w następujący sposób:

Zapis w załączniku nr 2 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – część I, pkt 3) w brzmieniu:

- 3) Zakres pomiarowy impedancji co najmniej od 3 mΩ do 500 MΩ

zostaje zastąpiony zapisem:

- 3) Zakres pomiarowy impedancji co najmniej **od 25 mΩ do 40 MΩ.**

Pytanie 2:

Dotyczy części I (Analityczny analizator impedancji precyzyjny)

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora impedancji jedynie z oryginalną instrukcją obsługi producenta, tj. instrukcja w języku angielskim?



Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza zaferowanie analizatora impedancji jedyne z oryginalną instrukcją obsługi producenta, tj. instrukcja w języku angielskim.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w następujący sposób:

Ust. 5 w §3 wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:

„5. Informacje i dokumenty, o których mowa w art. 546 K.C., w szczególności karty gwarancyjne i instrukcje obsługi, *Wykonawca* przekaze *Zamawiającemu* wraz z urządzeniem. Dokumenty te winny być sporządzone w języku polskim (w zakresie części A – instrukcje obsługi i podręcznik aplikacji mogą być sporządzone w języku polskim lub angielskim, **w zakresie części I – instrukcja obsługi może być sporządzona w języku angielskim**).

Pytanie 3:

(Dotyczy części A (Elipsometr))

W załączniku nr 2 do SIWZ, Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, część A (indeks 1000070321), dot. elipsometru, punkt 5,

jednym z wymagań jest:

„układ umożliwiający regulacje przesłon w zakresie co najmniej od 100 mikrometrów do 2 mm”.

Nasze pytanie:

Czy dopuszczają Państwo rozwiązania, które do regulacji średnicy wiązki w zakresie od 100 μ m do 2 mm wykorzystują inne rozwiązania konstrukcyjne niż układ przesłon, uznając takie rozwiązanie za rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie konstrukcyjne jako równoważne.

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA I ZMIANY SIWZ SĄ WIAŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej:

mgr inż. Artur Baran

Przewodniczący Komisji Przetargowej:

mgr Ewa Słowik