



UNIWERSYTET ŚLĄSKI

ul. Bankowa 12,
40- 007 KATOWICE
NIP 634-019-71-34;
REGON 000001347

Katowice, dnia 31.08.2017 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NR DZP.381.077.2017.DW

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty 209 000 € na dostawę pn.:
„Dostawa urządzeń laboratoryjnych”, nr sprawy DZP.381.077.2017.DW

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące ww. postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa (2) dni przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z ust. 2 przedmiotowego artykułu treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. Wobec powyższego Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

1. Czy zamawiający dopuści urządzenie z portem RS 232?
2. Czy zamawiający dopuści urządzenie z jednorodnością temp. w 37 st C równą +/- 0,7 st C
3. Czy zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 56 L ?
4. Czy zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach komory roboczej 400 x 390 x 360 cm ?
5. Czy zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zew. 590 x 700 x 600 cm ?
6. Czy zamawiający dopuści urządzenie o mocy znamionowej 400 W ?
7. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z terminem dostawy 4 tyg. od dnia podpisania umowy ?

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o parametrach podanych przez wykonawcę w pkt 1-6.
Zamawiający nie dopuszcza urządzenia z terminem dostawy 4 tyg. od dnia podpisania umowy.

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA SĄ WIAŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej :

mgr inż. Artur Baran

Przewodniczący Komisji Przetargowej:

mgr Aneta Szturc-Krawczyk