



---

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>

---

**UNIWERSYTET ŚLĄSKI**

Katowice, dnia 24.03.2015 r.

**ul. Bankowa 12,**

**40- 007 KATOWICE**

**NIP 634-019-71-34;**

**REGON 000001347**

**UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA NR DZP.381.11.2015.DW**

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

---

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr **DZP.381.11.2015.DW** o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwotę 207.000 € pn. „**Dostawa urządzeń laboratoryjnych: spektrofotometr, spektrometry**”.

---

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące ww. postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „*ustawą Pzp*”, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na sześć dni przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z ust. 2 przedmiotowego artykułu treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. Wobec powyższego Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1:**

Dotyczy części A (Spektrometr pulsowy NMR – 1 szt.):

Pulsowe spektrometry NMR rzeczywiście mogą być wykorzystywane do rejestracji widm  $^1\text{H}$  oraz  $^{19}\text{F}$ , jednak muszą być skonfigurowane fabrycznie do pracy w jednym z tych trybów i nie ma możliwości przełączania trybów pracy przez użytkownika. W związku z tym prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania przyrządu skonfigurowanego do:

- A) pomiaru widm  $^1\text{H}$
- B) pomiaru widm  $^{19}\text{F}$
- C) dwóch urządzeń zapewniających pomiar  $^1\text{H}$  i  $^{19}\text{F}$

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający wymaga urządzenia skonfigurowanego do pomiaru widm  $^1\text{H}$ .



---

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>

---

**Pytanie 2:**

Dotyczy części B (Spektrofotometr – 1 szt.):

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie spektrofotometru o poniższych parametrach:

- zakres fotometryczny: -0,3 do 1,999 Abs,
- dokładność fotometryczna: 1%T,
- powtarzalność fotometryczna: 0,008 A przy 0,5 A,
- przekątną ekranu: 4,3 cala,
- wyposażonego w wyjście na kartę SD oraz USB do podłączenia komputera, bez opcji Bluetooth?

**Odpowiedź 2:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie spektrometru o proponowanych parametrach.

**Pytanie 3:**

Dotyczy części B (Spektrofotometr – 1 szt.):

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie spektrofotometru wykonującego pomiary przy zamkniętej komorze pomiarowej?

**Odpowiedź 3:**

Funkcja pomiarów w zamkniętej komorze nie ma znaczenia dla Zamawiającego i nie jest wymagana zapisami SIWZ. Oferowany spektrofotometr może posiadać taką funkcję, ale nie wpłynie to na ocenę oferty.

**Pytanie 4:**

Dotyczy części B (Spektrofotometr – 1 szt.):

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający nie popełnił pomyłki podając minimalną ilość próbki, która może być użyta do pomiaru: 10 ml. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie spektrofotometru z mikrokuwetą o poj. 100 µl?

**Odpowiedź 4:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie spektrofotometru z mikrokuwetą o poj. 100 µl.

Zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

**POWYŻSZE WYJAŚNIENIA SIWZ SĄ WIAŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.**

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej:

*mgr inż. Artur Baran*

Przewodniczący Komisji Przetargowej:

*mgr Ewa Słowik*