

OFERTA

Zamawiający:	Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12 40-007 Katowice			
Nazwa (firma) / imię i nazwisko Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:				
Adres Wykonawcy:	Ulica, nr domu / nr lokalu:			
	Miejscowość i kod pocztowy:			
	Województwo:		Kraj:	
NIP:		REGON:		
Wysokość kapitału zakładowego: <i>(dot. Sp. z o.o.)</i>		Wysokość kapitału wpłaconego: <i>(dot. S.A.)</i>		
Adres do korespondencji: <i>(jeżeli jest inny niż podany powyżej)</i>				
Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym:		Telefon:		
		Faks:		
		e-mail:		
Całkowita liczba stron oferty wraz z załącznikami:				

p.t. „Stacja do odparowywania próbek w atmosferze azotu – 1 szt.”

składamy następującą ofertę:

1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i na zasadach zawartych w Ogłoszeniu o zamiarze udzielenia zamówienia za łącznym wynagrodzeniem:

Cena netto:PLN	Słownie:PLN
Stawka podatku VAT:%	Doliczona wartość podatku VAT:PLN
Cena oferty brutto:PLN	Słownie:PLN

Wyżej podana cena stanowi cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915), a więc wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 2 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.

Oświadczamy, iż zaoferowana cena zawiera wszelkie koszty poniesione w celu należytego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia oraz koszty ogólne, wszelkie podatki i opłaty, elementy ryzyka związane z realizacją zamówienia, zysk Wykonawcy. Cena zawiera koszty związane ze sprzedażą oraz dostarczeniem i ubezpieczeniem podczas transportu przedmiotu zamówienia, a w szczególności cenę przedmiotu zamówienia, koszt jego rozładunku, wniesienia do miejsca wskazanego w Umowie, koszt instalacji przedmiotu zamówienia oraz bezpłatnego szkolenia personelu : Wykonawca zapewnia opiekę merytoryczną oraz bezpłatne przeszkolenie użytkownika, co oznacza wymóg przeprowadzenia w miejscu szkolenia w zakresie: budowy oraz obsługi urządzenia, automatycznego i ręcznego optymalizowania jego stawień, codziennej kontroli poprawności pracy urządzenia.

2. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za ww. cenę zgodnie z poniższym zestawieniem:

rodzaj sprzętu	ilość	nazwa, model (typ) oferowanego sprzętu	producent oferowanego sprzętu
Stacja do odparowywania próbek w atmosferze azotu	1 SZT.		

3. **Oświadczamy iż termin gwarancji wynosi miesięcy.** (*Zamawiający wymaga, aby min. termin gwarancji wynosił 12 miesięcy*)
4. **Oświadczamy, iż przedmiot niniejszego zamówienia zrealizujemy w terminie do od daty zawarcia umowy.** (*Zamawiający wymaga, aby termin realizacji zamówienia był nie dłuższy niż 6 tygodni od daty zawarcia umowy*).
5. **Akceptujemy warunki płatności podane w Ogłoszeniu o zamiarze udzielenia zamówienia.**
6. **Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym, w celu realizacji umowy jest:**
p....., tel./faks:....., e-mail:.....
7. **Zastrzegamy sobie prawo zmiany ww. osoby, w drodze pisemnej notyfikacji o dokonanej zmianie.**
8. **Oświadczamy, iż oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy i pochodzi z bieżącej produkcji.**

9. **Wraz z niniejszą ofertą składamy:**

Nazwa załącznika	nr strony
1.
2.
3.

.....
 data i podpis osoby uprawnionej
 do reprezentowania Wykonawcy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Stacja do odparowywania próbek w atmosferze azotu - 1 szt.”

LP.	MIN. PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	OPIS OFEROWANEGO SPRZĘTU
1.	Stacja do odparowywania próbek w atmosferze azotu: • urządzenie 50-pozycyjne;	
2.	• próbki o objętości 1,5-30 ml;	
3.	• próbki muszą być umieszczane w specjalnym statywie wewnątrz łaźni wodnej;	
4.	• nawiew azotu musi znajdować się pod specjalnie dobranym kątem, bezpośrednio do każdej próbki;	
5.	• urządzenie musi posiadać regulację ciśnienia nadmuchiwanego azotu;	
6.	• urządzenie musi posiadać regulację temperatury w łaźni wodnej;	
7.	• urządzenie musi posiadać regulację czasu odparowania;	
8.	• urządzenie musi być wykonane ze stali nierdzewnej;	
9.	• urządzenie musi posiadać system grzania poprzez łaźnię wodną;	
10.	• urządzenie musi posiadać możliwość odprowadzania gazów odlotowych pod wyciąg;	
11.	• urządzenie standardowo wyposażone jest w wąż do odprowadzania gazów odlotowych;	
12.	• urządzenie zapewnia odparowanie próbki wody o objętości 10 ml w temperaturze 50°C i przy ciśnieniu 12 psi w czasie maksymalnie 210 min;	

13.	Statyw wymienny do naczynek chromatograficznych, pasujący do oferowanego urządzenia – 1 szt.	
14.	Wytrząsarka o ruchu okrężno-drgającym, do probówek: Kompaktowa wytrząsarka typu Vortex z wbudowanym silnikiem bezszczotkowym i funkcją pracy inicjowanej dotykiem. Doskonałe wyniki mieszania, zwłaszcza małych objętości, zapewnia prędkość regulowaną w zakresie do 4500 obr./min.	
15.	Rodzaj ruchu: okrężny/drgający	
16.	Orbita: 4,5 mm	
17.	Zakres prędkości: 0 - 4500 obr./min	
18.	Dopuszczalna temp. otoczenia: 5 - 40°C	
19.	Dopuszczalna wilgotność wzgl.: <80%	
20.	Wym. (szer. x gł. x wys.): 100 x 100 x 70 mm	
21.	Ciężar: 0,55 kg	
22.	Zasilanie: 100 - 240 V, 50/60 Hz	
23.	Stopień ochrony: IP 43	