

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

L.P.	NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Parametry wymagane przez Zamawiającego	Liczba sztuk	Cena brutto uwzględniająca koszty dostawy	INDEX
1	<p>Autosampler 54-pozycyjny kompatybilny z kalorymetrami DSC 25/250 Discovery DSC 25/250 Autosampler Field Upgrade Kit.</p> <p>Autosampler do DSC Wymagania techniczne 1. Autosampler musi składać się z następujących elementów - modułu automatycznego pobierania, będącego czteroosiowym zrobotyzowanym urządzeniem, które automatycznie ładuje szalkę z próbką i szalkę odniesienia pomiędzy tacą autosamplera a celą pomiarową DSC zgodnie z zaprogramowaną sekwencją i wybranymi pozycjami. Narzędzie musi automatycznie podnosić i opuszczać pokrywę celi. Po zakończeniu eksperymentu i powrocie celi do zadanej temperatury moduł automatycznego pobierania musi podnosić pokrywę celi, a następnie wyładować szalki. Musi być możliwość zaprogramowania czynności ładowania, wyładowywania po skończonym pomiarze bez nadzoru dla nie mniej niż 54 próbek. - Tacka na co najmniej 54 pozycje, z których każda z nich musi być opisana liczbowo od 1 - 54 2. Autosampler musi być kompatybilny z DSC 250 firmy TA Instruments 3. Autosampler musi być sterowany z poziomu oprogramowania sterującego DSC (TRIOS) oraz z poziomu wyświetlacza wbudowanego w aparat.</p>	1 szt.		175631