

OFERTA do postępowania nr/...../ 12

OFERENT:

NIP

tel/fax.....

Oferuję realizację przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem nr/...../ 12
polegającego na:

za wynagrodzeniem : (netto) słownie:.....

do w/w kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości: %

łącna kwota brutt..... słownie.....

w terminie do:

Prosimy o podanie: nazwiska i numeru telefonu osoby do kontaktu w sprawach dotyczących
realizacji przedmiotu postępowania.....

Jednocześnie oświadczam że:

- posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania prac i czynności określonych przedmiotem zamówienia
- dysponujemy wiedzą i doświadczeniem , a także potencjałem technicznym i ekonomicznym niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia
- nie zalegamy z uiszczaniem obowiązkowych opłat, podatków i składek na ubezpieczenie społeczne
- zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) ,oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. Aktualny odpis właściwego rejestru
2.
3.
4.
5.

Oferta zawiera kolejno ponumerowanych stron

.....

(data i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli

w imieniu oferenta)

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Postępowanie nr /SE/12

I.CZĘŚĆ OGÓLNA

I.1 Zamawiający: Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12

I.2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa montażu, podłączenia do mediów, oraz wykonanie napraw i uzupełnień struktury -19 szt dygestorium.

I.3. Zakres stosowania specyfikacji: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac jest częścią dokumentacji przetargowej i należy ją stosować jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji przedmiotu zamówienia opisanego poniżej.

I.4. Zakres prac: Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury badawczej-CPV50412000-6

I.5. Opis przedmiotu zamówienia :

a) Wykonanie niezbędnych napraw i uzupełnień struktury w zakresie:

-mechanizmu podnoszenia i równoważenia okna (wymiana lub naprawa prowadnic, stalowych linek, systemów bloczków pośrednich, ponowne wyważenie i regulacja obciążnika równoważącego);

-wymiany mas uszczelniających komorę manipulacyjną;

wymiana i uzupełnienie zniszczonych ceramicznych elementów blatów lub ścian (w zakresie do 10% powierzchni blatu lub ściany);

-uzupełnienie brakujących gniazd bryzgoszczelnych.

b) Montaż dygestorium w nowym budynku laboratoryjnym.

c) Instalacja dygestorium z podłączeniem do mediów (230V, gaz, wentylacja, woda i ścieki),

d) Wykonanie pomiaru skuteczności działania (wydajność wentylacji)

I.6. Informacje o miejscu wykonania zamówienia: Prace związane z realizacją zamówienia będą przeprowadzone na terenie Uniwersytetu Śląskiego-Wydział Nauk o Ziemi (budynek laboratorium), ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec.

Osoba do kontaktu: mgr inż. Grażyna Rusin, Tel: 32/3689441.

Rozpoczęcie prac należy uzgodnić z Kierownikiem Obiektu. Wykonawca ma obowiązek tak zorganizować prace, aby nie dopuścić do uszkodzenia elementów obiektu. Wszystkie uszkodzenia wykonawca ma obowiązek usunąć na własny koszt, ma obowiązek znać i stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i prawa budowlanego.

II. Wymagania dotyczące materiałów:

Dopuszczanie do stosowania: materiały powinny być zgodne z obowiązującymi normami oraz posiadać certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Wszystkie materiały pomocnicze potrzebne do wykonania zadania zabezpiecza wykonawca.

III. Wymagania dotyczące sprzętu: maszyny i urządzenia specjalistyczne niezbędne do wykonania prac, będących przedmiotem zamówienia, gwarantujących wysoką jakość prac zabezpiecza wykonawca.

IV. Opis działań związanych z odbiorem wykonanej usługi:

- odbiór końcowy na podstawie protokołu podpisanego przez Obie Strony.

V. Oferta cenowa:

Cena usługi brutto (za 19szt) wraz materiałami i dojazdem.....

Cena usługi obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca w celu należytego wykonania zamówienia.

Termin gwarancji na wykonane prace

VI. Termin realizacji zamówienia: 5 tygodni od daty podpisania umowy.