

Projekt pt. „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”
POWR.03.05.00-00-Z301/18

Załącznik nr 1
nr sprawy 143545/2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zaktualizowano dnia 13.04.2022 r.

MIN. PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	OPIS OFEROWANEGO SPRZĘTU
Końcówki 1000µl – 4 opakowania	
<ul style="list-style-type: none">Pojemność: 1000µl I (+/-2%)	
<ul style="list-style-type: none">Kolor: Bezbarwny	
<ul style="list-style-type: none">Filtr: Nie	
<ul style="list-style-type: none">Sterylność: Nie	
<ul style="list-style-type: none">Sposób pakowania: Bulk	
<ul style="list-style-type: none">Ilość [szt./op.]: 250	
<ul style="list-style-type: none">Końcówki kompatybilne z jednokanałowymi pipetami automatycznymi 100-1000 µl	
Końcówki 10ml - 2 opakowania	
<ul style="list-style-type: none">Elastyczny kształt kołnierza	
<ul style="list-style-type: none">Gładkie, hydrofobowe ścianki oraz wyprofilowany otwór wylotowy końcówki.	
<ul style="list-style-type: none">Wydłużony kształt i przezroczyste ściany	
<ul style="list-style-type: none">Pojemność - 10 ml I (+/-2%) (1000-10000 µl)	
<ul style="list-style-type: none">Ilość [szt./op.]: 200	
<ul style="list-style-type: none">Końcówki kompatybilne z pipetami automatycznymi jednokanałowi o pojemności 1000-10000µl	
Końcówki 200 µl – 1 opakowanie	
<ul style="list-style-type: none">Pojemność: 200µl (+/-2%)	
<ul style="list-style-type: none">Kolor: Bezbarwny	
<ul style="list-style-type: none">Filtr: Nie	
<ul style="list-style-type: none">Sterylność: Nie	
<ul style="list-style-type: none">Sposób pakowania: Bulk	
<ul style="list-style-type: none">Ilość [szt./op.]: 1000	
<ul style="list-style-type: none">Końcówki kompatybilne z pipetami automatycznymi jednokanałowi o pojemności 20-200µl	