
Dotyczy : Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia

dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych p.n.:

DOSTAWA REGAŁÓW LABOARTRYJNYCH

Nr sprawy: **121354/2019**

Rodzaj zamówienia: **DOSTAWA**

W związku z otrzymanymi pytaniami dot. opisu przedmiotu zamówienia, które wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie Wykonawcy :

Jaką wysokość mają mieć regały, ponieważ w opisie przedmiotu podano wysokość 2895 mm, natomiast na schemacie dołączonym do opisu podano 1855 mm. Która wartość jest prawidłowa ?

Odpowiedź Zamawiającego :

Wartość prawidłowa to 1855mm.

Pytanie Wykonawcy :

Czy długość regału 2200 mm, może być powiększona o takie elementy jak: frontowa blach osłonowa + kierownica ok. 200 mm?

Odpowiedź Zamawiającego :

Z uwagi na rozmiary pomieszczenia w którym zostaną ustawione regały ich rozmiary nie mogą ulec powiększeniu.

Zamawiający informuje, iż nie ulega zmianie termin składania ofert wskazany w Ogłoszeniu na dzień 12.11.2019r. do godz. 12:00.

Z poważaniem
Katarzyna Giel-Cieślińska