



UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

ul. Bankowa 12,
40- 007 KATOWICE
NIP 634-019-71-34;
REGON 000001347

Katowice, dnia 21.11.2019r.

Strona | 1

UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NR DZP.381.101.2019.DW

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ – ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr DZP.381.101.2019.DW o wartości zamówienia poniżej kwoty 221.000 € p.n.:
„Dostawa urządzeń laboratoryjnych: komora rękawicowa i zestaw pieców oraz młyn wysokoenergetyczny”

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące ww. postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa (2) dni przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z ust. 2 przedmiotowego artykułu treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej także: SIWZ), bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. Wobec powyższego Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Dot. pkt 24 opisu - "Chiller min. 250 W - zabezpieczający stałą temperaturę w czasie eksploatacji pieców" - proszę o informacje czy nie będzie bardziej wydajnym i korzystnym rozwiązaniem system klimatyzacji zainstalowany w komorze rękawicowej. Dzięki temu rozwiązaniu można precyzyjnie sterować nastawami temp. w komorze oraz faktycznie kontrolować temp. Kontrola temp. za pomocą chillera będzie polegała jedynie na podłączeniu go do wymiennika cieczowego zlokalizowanego w jednostce oczyszczającej komory rękawicowej. Taki system zapewni co najwyżej brak wzrostu temp. atmosfery w komorze (przy wyłączonych piecach) i nie zapewni stabilizacji temp. podczas pracy pieca(y) w komorach. Temp. będzie wzrastać w takiej sytuacji w sposób niekontrolowany. Proszę o zajęcie stanowiska oraz/lub informację ,że w przypadku wymogu zaoferowania chillera Zamawiający akceptuje wzrost temp. w komorze?



Odpowiedź:

Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ – część A – pkt 24) poprzez zastąpienie dotychczasowego zapisu pkt 24 zapisem:

Pkt 24. „rozwiązanie/system zapewniający możliwość ustabilizowania temperatury w czasie eksploatacji pieców”

Strona | 2

POWYŻSZA ZMIANA SIWZ JEST WIĄŻĄCA DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JĄ UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Zatwierdzam:

Z-ca Kanclerza ds. Inwestycji i Zarządzania Logistycznego

- mgr Agnieszka Maj