



Projekt „Zwiększenie liczby absolwentów kierunku chemia ZLAB” realizowany w ramach
Priorytetu IV – Szkolnictwo wyższe i nauka, Poddziałanie 4.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>

UNIwersYTET ŚLĄSKI
ul. Bankowa 12,
40- 007 KATOWICE
NIP 634-019-71-34;
REGON 000001347

Katowice, dn. 4 października 2013r.

UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA NR DZP.381.118.2013.DW

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

„DOSTAWA URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH”
nr sprawy DZP.381.118.2013.DW
(dotyczy części „K” – TERMOSTAT CYRKULACYJNY Z CHŁODZENIEM)

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (*tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.*), Zamawiający zmienia treść SIWZ (w zakresie części „K”) w sposób następujący:

W Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) w części „K” – TERMOSTAT CYRKULACYJNY Z CHŁODZENIEM w punkcie „wymagane dane techniczne”:

- 1) zapis: „zakres temperatury roboczej: od -25°C do $+150^{\circ}\text{C}$ ” (wprowadzony poprzez zmianę siwz z dn. 03.10.2013) ulega zmianie na zapis pierwotny, tj.: „zakres temperatury roboczej: od -20°C do $+100^{\circ}\text{C}$ ”.

Jednocześnie Zamawiający dopuszcza zaoferowanie termostatu cyrkulacyjnego z chłodzeniem z zakresem temperatury roboczej od -25°C do $+150^{\circ}\text{C}$.

Uwaga!: POWYŻSZA ZMIANA SIWZ JEST WIĄŻĄCA DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JĄ UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY. POZOSTAŁE ZAPISY SIWZ NIE ULEGAJĄ ZMIANIE.

Członek Komisji Przetargowej:
mgr inż. Artur Baran

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej:
mgr Ewa Słowik