



Katowice, dnia 11.03.2020r.

UNIwersytet ŚLĄSKI

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ul. Bankowa 12

40-007 Katowice

tel. (032) 359 19 24

DZP.381.014.2020.DW.

### Wyjaśnienia treści SIWZ/ Zmiana treści SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia poniżej 214.000 euro, pn. „Dostawa urządzeń laboratoryjnych” nr spr. DZP.381.014.2020.DW.

- I. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Pytanie Wykonawcy nr 1, dotyczy- Część B- Czy Zamawiający dopuści do przetargu myjkę o poniższych parametrach różniących się, zachowując wszystkie pozostałe?

123964	Łaznia ultradźwiękowa z grzaniem – 1 szt.	
	1. Pojemność: 9,0l (±5%)	9,5 litra
	2. Gabaryty zewnętrzne (dł. x szer. x wys.): 530 x 165 x 300 mm (±5%)	339x281x272 mm
	3. Wymiary zbiornika (dł. x szer. x gł.): 500 x 140 x 150 mm (±5%)	281x222x149 mm
	4. Moc ultradźwięków: 860 W (±5%)	600 W
	5. Częstotliwość: 35 kHz (±5%)	37 kHz
	6. Ilość przetworników: 2	3 przetworniki
	7. Regulacja mocy: Nie	
	8. Czasomierz: Tak	
	9. Zakres regulacji czasu: 1-15 minut lub tryb pracy ciągłej	Czas 1-30 min lub praca ciągła
	10. Podgrzewanie: Tak	
	11. Zakres regulacji temperatury: 30-80 °C	
	12. Moc grzałek: 600 W (±5%)	400W
	13. Materiał zbiornika: Stal nierdzewna AISI 304	
	14. Materiał obudowy: Stal nierdzewna AISI 304	
	15. Akcesoria w komplecie: Brak	
	16. Zawór odpływowy: G 1/4	Zawór 3/8
	17. Ciężar całkowity: 7,3 kg (±5%)	Ciężar 5,9 kg
	18. Zasilanie: 230 V	
	19. Sterowanie: Analogowe	
	20. Funkcja odgazowania (Degass): Nie	Degas - brak
	21. Funkcja homogenizacji (Sweep): Nie	Sweep - jest

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści myjkę o proponowanych parametrach.

**2. W związku z powyższym, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:**

Zmianie ulega Załącznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.014.2020.DW Opis przedmiotu zamówienia- w zakresie części B- (Łaźnia ultradźwiękowa z grzaniem – 1 szt., nr indeksu: 123964), w następujący sposób:

Pojemność: 9,0 – 9,5 l

Gabaryty zewnętrzne (dł. x szer. x wys.): 339-530 x 165-281 x 272-300 mm

Wymiary zbiornika (dł. x szer. x gł.): 281-500 x 140-222 x 149-150 mm

Moc ultradźwięków: 600 - 860 W

Częstotliwość: 35 - 37 kHz

Ilość przetworników: 2 - 3

Regulacja mocy: Nie

Czasomierz: Tak

Zakres regulacji czasu: 1-30 minut lub tryb pracy ciągłej

Podgrzewanie: Tak

Zakres regulacji temperatury: 30-80 °C

Moc grzałek: 400 - 600 W

Materiał zbiornika: Stal nierdzewna AISI 304

Materiał obudowy: Stal nierdzewna AISI 304

Akcesoria w komplecie: Brak

Zawór odpływowy: G ¼ lub 3/8

Ciężar całkowity: 5,9 - 7,3 kg

Zasilanie: 230 V

Sterowanie: Analogowe

Funkcja odgazowania (Degass): Nie

Funkcja homogenizacji (Sweep): zamawiający dopuszcza funkcję homogenizacji (Sweep)

- II. W załączeniu - Załącznik nr 2 do SIWZ po zmianach.
- III. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.
- IV. Wyjaśnienia są wiążące i należy ją uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

*mgr Małgorzata Wróblewska*  
*Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej*

*mgr Kalina Rożek*  
*Przewodniczący Komisji Przetargowej*