



**UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA**

**DZP.381.116.2018.DW**

**dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „**Dostawa urządzeń laboratoryjnych: chłodziarko- zamrażarka oraz elektroda**”, nr rej.: **DZP.381.116.2018.DW**.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIAZMIANA/ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz.1986) zwaną dalej ustawą Pzp, w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ, który wpłynął do Zamawiającego, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie Wykonawcy:**

„Część A – Chłodziarko – zamrażarka – 1 szt. Czy Zamawiający dopuści chłodziarko – zamrażarkę o zakresie temperatury od -12°C do -20°C? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie?”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza zamrażarki o zakresie temperatury od -12°C do -20°C. Zakres temperatur zamrażarki musi się mieścić w zakresie od -18°C do -25°C. Wynika to ze specyfiki prowadzonych badań.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ poprzez zmianę terminu składania i otwarcia ofert, w następujący sposób:

**Pkt 1 w rozdziale IX SIWZ otrzymuje brzmienie:**

1. Ofertę należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, pok. 69 III p., w terminie do dnia **26.11.2018 r.** do godz. **09:30**.

**Pkt 1 w rozdziale X SIWZ otrzymuje brzmienie:**

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **26.11.2018 r.** o godz. **10:00** w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, pok. 61 III p.

**POWYŻSZA ZMIANA SIWZ JEST WIAŻĄCA DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JĄ UWZGLĘDNIĆ  
PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.**

*mgr Małgorzata Wróblewska  
Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej*

*mgr Justyna Rutkowska- Zawada  
Przewodniczący Komisji Przetargowej*