

UNIWERSYTET ŚLĄSKI
ul. Bankowa 12,
40- 007 KATOWICE
NIP 634-019-71-34;
REGON 000001347

Katowice, dnia 23.06.2015 r.

UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NR DZP.381.59.2015.DW

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA –
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr **DZP.381.59.2015.DW** o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwotę 207.000 € pn. „**Dostawa mebli laboratoryjnych wraz z montażem**”.

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące ww. postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (zwaną dalej także ustawą Pzp), jeśli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. Ponieważ Zamawiający postanowił odpowiedzieć na pytania Wykonawcy, jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na sześć (6) dni przed upływem terminu składania ofert.

Zgodnie z ust. 2 przedmiotowego artykułu treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

Wobec powyższego Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Dotyczy części A postępowania – poz. 2 (wentylator do szaf):

Czy zamawiający dopuści panel wentylacyjny dachowy bez termostatu, bez włącznika i bez zabezpieczenia antyprzepięciowego?

Wentylatory do szaf z termostatami nie występują - szafa wyposażona jest w zabezpieczenia termiczne, które w przypadku pożaru odcinają dostęp powietrza między innymi poprzez zamknięcie kanałów wentylacyjnych. Tym samym termostat na wentylatorze jest zbędny. Włącznik daje możliwość włączania/wyłączania wentylatora - natomiast wymagane jest ażeby szafa była wentylowana w trybie 24h/dobę. W związku z czym włącznik jest zbędny. Abstrahując od tego - zadanie włącznika spełnia wtyczka elektryczna, która po włożeniu do gniazda elektrycznego uruchamia wentylator, natomiast po wyjęciu z gniazda elektrycznego wyłącza go. Zabezpieczenie antyprzepięciowe jest realizowane przez zabezpieczenia instalacji elektrycznej budynku - w związku z czym jest zbędne. Istotne jest ażeby wentylator posiadał kontrolę przepływu powietrza, realizowaną



poprzez kontrolę ciśnienia.

Czy w związku z tym, panel wentylacyjny ma być wyposażony w monitoring przepływu powietrza?

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza panel wentylacyjny bez termostatu, włącznika i zabezpieczenia antyprzebieciowego. Jednocześnie Zamawiający nie wymaga, aby panel wentylacyjny był wyposażony w monitoring przepływu powietrza.

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert:

1. Rozdział IX ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12, pok. 69 III p., w terminie do dnia 01.07.2015 r. do godz. 10:30

2. Rozdział X ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.07.2015 r. o godz. 11:00 w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12, pok. nr 61. III p.

W związku z tym, iż zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 2) ustawy Pzp, przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA I ZMIANY SIWZ SĄ WIAŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej:

mgr Aneta Szturc – Krawczyk

Przewodniczący Komisji Przetargowej:

mgr inż. Artur Baran