



Katowice 12.04.2017r.

UNIWERSYTET ŚLĄSKI

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ul. Bankowa 12,

40-007 Katowice

tel. (032) 359 19 24,

fax. (0-32) 359 20 48

L.dz. DZP.381.020.2017.DW

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ/
ZMIANA TREŚCI SIWZ/
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „Dostawa urządzeń laboratoryjnych”, nr rej.: **DZP.381.020.2017.DW**.

- I. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015 poz. 2164 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”, w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ, który wpłynął do Zamawiającego, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie Wykonawcy: Dotyczy: część B: Czy Zamawiający wymaga złożenia oferty tylko na inkubator, bez platformy wytrząsającej?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga złożenia oferty na inkubator z platformą wytrząsającą (amplituda 17mm, typ ruchu: orbital, prędkość obrotowa 30 - 420 obr./min., platforma szer. x gł. 400×300mm (+/-5%), wymiary - szer. x gł. x wys. 510×490×150mm (+/-5%), waga 18kg (+/-5%), obciążenie 15kg (+/-5%))

II. ZMIANA TREŚCI SIWZ

1. Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w załączniku 2 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia cz. B)– Inkubator z wytrząsaniem, poprzez dodanie następującej treści:

„inkubator z platformą wytrząsającą (amplituda 17mm, typ ruchu: orbital, prędkość obrotowa 30 - 420 obr./min., platforma szer. x gł. 400×300mm (+/-5%), wymiary - szer. x gł. x wys. 510×490×150mm (+/-5%), waga 18kg (+/-5%), obciążenie 15kg (+/-5%)”

2. Zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i zmienia treść SIWZ poprzez zmianę terminu składania i otwarcia ofert, w następujący sposób:

1) **Zamienia się ust. 12 w rozdz. VIII SIWZ „Opis sposobu przygotowania oferty”:**

„Ofertę należy złożyć w kopercie zaklejonej i opisanej”:

Nazwa i adres Wykonawcy

Przetarg nieograniczony – DZP.381.020.2017.DW

„Dostawa urządzeń laboratoryjnych”

Nie otwierać przed dniem 20.04.2017r. godz. 10:00

2) **Pkt 1 w rozdziale IX SIWZ otrzymuje brzmienie:**

Ofertę należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, pok. 69 III p., w terminie do dnia **20-04-2017 r.** do godz. **09:30**.

3) **Pkt 1 w rozdziale X SIWZ otrzymuje brzmienie:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **20-04-2017 r.** o godz. **10:00** w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, pok. 61 III p.

III. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie. Zmiana jest wiążąca i należy ją uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

IV. W związku z tym, iż przedmiotowa zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt. 1) Ustawy Pzp., zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Numer ogłoszenia: 64335 - 2017; data zamieszczenia: 12.04.2017r.

mgr Damian Ludwikowski
Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

mgr Kalina Rożek
Przewodniczący Komisji Przetargowej