

Opis Przedmiotu Zamówienia – indeks nr 185916 część „A”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa płytek do hodowli komórkowej – 300 sztuk.

Wymagane minimalne parametry techniczne:

- rodzaj: płytki do hodowli komórek w zawiesinie,
- liczba dołków: 24 (dopuszczalna tolerancja ± 1 dołek),
- typ: z pokrywką,
- pokrywka zaprojektowana w sposób minimalizujący parowanie cieczy,
- pokrywka o konstrukcji umożliwiającej dopasowanie tylko w jednej orientacji, co ogranicza ryzyko zanieczyszczeń i kontaminacji krzyżowej,
- typ F lub równoważny,
- płaskie dno typu FLAT,
- materiał: polistyren o wysokiej wytrzymałości w klasie USP VI,
- powierzchnia: niemodyfikowana, nieprzeznaczona do hodowli komórek adherentnych (bez właściwości adhezyjnych),
- powierzchnia wzrostu: 1,9 cm²,
- objętość robocza: 0,38–0,57 ml,
- dedykowane do posiewów mikrobiologicznych,
- każda studzienka posiada unikalne oznaczenie alfanumeryczne ułatwiające identyfikację,
- pakowanie: pojedynczo pakowane w opakowania zapewniające jałowość i czystość laboratoryjną,
- sterylność: sterylne zgodnie z poziomem SAL 10⁻⁶,
- wolne od: DNase, RNase oraz pirogenów,
- opakowanie zbiorcze: 50 opakowań pojedynczych (50 × 1 sztuka; dopuszczalna tolerancja ± 2 sztuki na opakowanie zbiorcze),
- dopuszcza się drobne różnice wymiarowe, nie pogarszające funkcjonalności i kompatybilności ze standardowym wyposażeniem laboratoryjnym,
- wyrób medyczny do diagnostyki in vitro zgodny z Rozporządzeniem 2017/746 (IVDR).

Płytki muszą być kompatybilne z typowym sprzętem laboratoryjnym używanym w standardowych warunkach hodowli komórkowych w zawiesinie.

Opis Przedmiotu Zamówienia – indeks nr 185917 część „B”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa płytek do hodowli komórkowej – 200 sztuk.

Wymagane minimalne parametry techniczne:

- rodzaj: płytki do hodowli komórek w zawieszynie,
- liczba dołków: 96 (dopuszczalna tolerancja ± 2 dołki),
- typ: z pokrywką,
- pokrywka zaprojektowana w sposób minimalizujący parowanie cieczy,
- pokrywka o konstrukcji umożliwiającej dopasowanie tylko w jednej orientacji, co ogranicza ryzyko zanieczyszczeń i kontaminacji krzyżowej,
- dno płaskie typu U
- powierzchnia: niemodyfikowana, nieprzeznaczona do hodowli komórek adherentnych (bez właściwości adhezyjnych),
- powierzchnia wzrostu: $0,66 \text{ cm}^2$,
- objętość robocza: $0,1\text{--}0,2 \text{ ml}$,
- każda studzienka posiada unikalne oznaczenie alfanumeryczne ułatwiające identyfikację,
- materiał: polistyren o wysokiej wytrzymałości w klasie USP VI,
- pakowanie: pojedynczo pakowane w sposób zapewniający jałowość i czystość laboratoryjną,
- sterylność: sterylne zgodnie z poziomem SAL 10^{-6} ,
- wolne od: DNase, RNase oraz pirogenów,
- opakowanie zbiorcze: 100 opakowań pojedynczych (100×1 sztuka, dopuszczalna tolerancja ± 2 sztuki na opakowanie zbiorcze),
- dopuszcza się drobne różnice wymiarowe, nie pogarszające funkcjonalności i kompatybilności ze standardowym wyposażeniem laboratoryjnym,
- wyrób medyczny do diagnostyki in vitro zgodny z Rozporządzeniem 2017/746 (dalej: IVDR).

Płytki muszą być kompatybilne z typowym sprzętem laboratoryjnym używanym w standardowych warunkach hodowli komórek w zawieszynie.

Opis Przedmiotu Zamówienia – indeks nr 185928
część „C”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa szalek Petriego Ø90 mm – 1200 sztuk.

Wymagane minimalne parametry techniczne:

- rodzaj: szalki Petriego,
- średnica: Ø90 mm (dopuszczalna tolerancja ± 2 mm),
- wysokość: 16,2 mm (dopuszczalna tolerancja $\pm 0,5$ mm),
- wentylacja: brak (szalki bez wentylacji),
- pakowanie: 24 opakowania po 25 sztuk (24×25 sztuk),
- sterylność: szalki muszą być sterylne zgodnie z poziomem SAL 10^{-6} ,
- wolne od: DNase, RNase oraz pirogenów,
- opakowanie zbiorcze: 600 sztuk (dopuszczalna tolerancja ± 2 sztuki na opakowanie zbiorcze),
- dopuszcza się drobne różnice wymiarowe, nie pogarszające funkcjonalności i kompatybilności ze standardowym wyposażeniem laboratoryjnym,
- produkt certyfikowany, medyczny.

Szalki muszą być kompatybilne z typowym sprzętem laboratoryjnym wykorzystywanym w mikrobiologii i hodowli komórek.