

Opis Przedmiotu Zamówienia

dot. Sprawa nr 185930

Sterylnie ezy laboratoryjne z oczkiem o pojemności 10 µl –1000 sztuk

Wymagane minimalne parametry techniczne:

- Rodzaj: ezy mikrobiologiczne z oczkiem o pojemności nominalnej 10 µl (dopuszczalna tolerancja ± 1 µl),
- Materiał: tworzywo sztuczne typu polistyren (PS) lub równoważne,
- Sterylność: jednorazowego użytku, sterylne,
- Weryfikacja objętości: potwierdzona metodą barwnikową (np. metodą z użyciem barwnika Evan's Blue lub równoważną),
- Zastosowanie: do ilościowych posiewów mikrobiologicznych
- w warunkach laboratoryjnych.