



Dotyczy: Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia

dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych p.n.:

Dostawa mikrowagi analitycznej

Nr sprawy: **186874/2025**

Rodzaj zamówienia: **DOSTAWA**

W związku z otrzymanymi pytaniami dot. parametrów przedmiotu zamówienia, które wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi :

Pytania Wykonawcy :

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu? Preferowany czas to 24h robocze, ponieważ serwis pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 8-16, z wyłączeniem weekendów i dni ustawowo wolnych od pracy. W związku z tym Wykonawca nie będzie w stanie każdorazowo zapewnić podjęcia czynności naprawczych w ciągu 12h od zgłoszenia.

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 24 h

Pytanie nr 2

Proszę o rozwinięcie pozycji zamówienia "mata antystatyczna"? Zamawiający wymaga maty antystatycznej do położenia na blacie stołu czy też na podłodze? Czy mata ma posiadać kabel uziemiający? Jakich wymiarów ma być mata?

Zamawiający wymaga maty antystatycznej do położenia na blacie stołu granitowego pod wagą. Mata ma posiadać kabel uziemiający.



Pytanie 3

Prosimy o rozwinięcie wymagania "(...)oraz późniejszą weryfikację wyników, niezależnie od zasilania". Waga, którą chcemy zaproponować nie posiada wbudowanej baterii dlatego też nie zadziała bez zasilania zewnętrznego. Raporty z ważeń można przenieść np. za pomocą nośników danych na komputer. Czy Zamawiający wymaga zasilania bateryjnego np. w postaci Powerbanka?

Waga ma posiadać pamięć pozwalającą na zapis wyników ważenia w sposób trwały i nieedytowalny. Wyniki pomiarów powinny być dostępne również po wyłączeniu wagi i jej ponownym uruchomieniu.

W związku z otrzymanymi pytaniami oraz udzielonymi odpowiedziami
Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin składania ofert z dnia
25.06.2025 na dzień **30 czerwca 2025 roku**

POWYŻSZE ZMIANY ORAZ FORMULARZE SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY

