



Projekt pt. „Chemia dla Zielonej Gospodarki: Inicjatywa Edukacyjna”

UDA-FESL.10.25-IZ.01-06D4/23-00

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/

Opis techniczny oferowanego urządzenia wraz z wyposażeniem

nr sprawy: 186874

Dostawa mikrowagi analitycznej– 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Opis techniczny oferowanego urządzenia wraz z wyposażeniem
Mikrowaga analityczna do filtrów wraz ze stołem antywibracyjnym i matą antystatyczną Specyfikacja mikrowagi: • Obciążenie maksymalne: nie większe niż 5,1 g • Dokładność odczytu: nie gorsza niż 1 µg • Wymiar platformy: Φ160 + Φ26 mm, ± 5% • Co najmniej 10-calowy wyświetlacz • Dwupunktowa adjustacja • Legalizacja wagi (klasa I)	





Projekt pt. „Chemia dla Zielonej Gospodarki: Inicjatywa Edukacyjna”

UDA-FESL.10.25-IZ.01-06D4/23-00

- Funkcje: autotest, odchyłki procentowe, zatrząsk maksymalnego wskazania, statystyka, sensory podczerwieni, procedury GLP, korekcja gęstości powietrza, kompensacja wyporności powietrza w czasie rzeczywistym, ruchomy zakres, ważenie różnicowe, monitoring warunków środowiskowych, możliwość dodawania notatek do serii pomiarów, wymienne jednostki, statystyczna kontrola jakości, Wi-Fi, automatyczne poziomowanie, pamięć pozwalająca na zapis wyników ważenia w sposób trwały i nieedytowalny oraz późniejszą weryfikację wyników, niezależnie od zasilania
- Dostawa wagi wraz z instalacją i szkoleniem z obsługi wagi.

