

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa części zamiennych do manostatu”

Cz. A Korek do manostatu LC10T

- Korek z dwoma przepustami elektrycznymi do Manostatu LC10T, do 1000 MPa

Cz.B Korek do manostatu LC20T wraz z zaworem wysokociśnieniowym

- Korek z dwoma przepustami elektrycznymi do Manostatu LC20T, do 1800 MPa
- Ręczny zawór wysokociśnieniowy min. 700 MPa, dwudrogowy, z wymiennym gniazdem, 1/4 HP, M16x1,5, 710.6360

Cz.C Przetwornik ciśnienia HP-2

- Przetwornik ciśnienia HP-2, 700 MPa, 0,5%, przyłącze M16x1,5, wyjście od 0 do 10 V / od 4 do 20 mA. Z wyświetlaczem, np. DI25, 4-cyfrowy, zasilanie: od 100 do 240 V, 50 Hz

Cz.D Korek z przepustami elektrycznymi

- Korek z przepustami elektrycznymi; dwa przepusty prądowe i jeden przepust pomiarowy (wielodrutowy) do Komory Gazowej GC10/12, do 800 MPa