



Projekt pt. „jUŚt transition - Potencjał Uniwersytetu Śląskiego podstawą Sprawiedliwej Transformacji regionu”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

193637/2026

Urządzenia medyczne.

MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, KTÓRE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ A Kamera termowizyjna – 1 szt. Rozdzielczość min. 480x360 Wielkość piksela max. 17 µm Zakres temp. co najmniej od -20°C do 650°C Zakres widmowy co najmniej: 7.5 - 14 µm Częstotliwość odświeżania: min. 50 Hz Ogniskowa: min. 25.0 mm Wyświetlacz: min. 4,3" dotykowy ekran LCD Radiowa transmisja danych: Wi-Fi (802.11 b/g/n (2.4GHz)), od ver. Bluetooth 4.2 Wbudowany: wskaźnik laserowy, dalmierz laserowy Dostępne opcje ostrości: ciągły Autofokus, Autofokus, ręczna regulacja ostrości, laserowe wspomaganie regulacji ostrości. CZĘŚĆ D Aparat ultrasonograficzny USG – 1 szt. Przenośny aparat ultrasonograficzny z głowicą liniową. W zestawie: głowica: Liniowa – częstotliwości 5MHz, 7.5MHz i 12MHz, zakres głębokości ok. 20-280mm. Technologie obrazowania (minimum): 2D, Doppler, Doppler kolorowy, Doppler pulsacyjny (PW), Doppler fali ciągłej (CW), Power Doppler (PDI), kierunkowe obrazowanie dopplerowskie mocy (DPDI), obrazowanie: trapezowe, przestrzenne, harmoniczne, pomiar IMT tętnicy szyjnej. Wyświetlacz minimum 11.1 cala z możliwością ustawienia kąta nachylenia 0 – 90 stopni, wyświetlanie Dual-Split oraz Quad-Split. Zapis w standardzie DICOM 3.0. lub równoważny Wbudowane złącze USB.	