



Projekt pt. „jUŚt transition - Potencjał Uniwersytetu Śląskiego podstawą Sprawiedliwej Transformacji regionu”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

195590/2026

Urządzenia medyczne.

MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, KTÓRE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ A Kardiomonitor mobilny – monitor pacjenta – 1 szt. Pomiary : EKG – pomiar co najmniej 5 odprowadzeniowy, NIBP (nieinwazyjny pomiar ciśnienia), SpO2, respiratory rate (RR), pulse rate (PR), Temperatura – min. pomiar 2 temperatur, metoda pomiaru oddechu – SpO2 Typ wyświetlacza min. 12 cali, kolorowy, LCD dotykowy, min. rozdzielczość 800×600 Wyświetlanie min. 7 przebiegów pomiarowych Zasilanie sieciowe i akumulatorowe , w zestawie akumulator do urządzenia W zestawie: kabel EKG – co najmniej 5 odprowadzeniowy, mankiet NIBP, czujnik SpO2, czujnik temperatury. CZĘŚĆ B Elektrokardiograf – 1 szt. Charakterystyka ogólna: Przenośne urządzenie EKG Do zastosowania u dorosłych i dzieci Do użytku mobilnego lub stacjonarnego Automatyczna analiza i interpretacja zapisów EKG Wbudowana ochrona defibrylatora Dane: Rejestracja min. 12 odprowadzeń jednocześnie Wyświetlacz dotykowy LCD : min. 10 cali Przetwornik A/D: min. 24-bitowy przetwornik Częstotliwość próbkowania: min. 32000 próbek/sek (32k sampl/s) Wbudowana drukarka Wbudowane złącza zewnętrzne: USB, LAN, czytnik kart pamięci, Pasma przenoszenia co najmniej 0,01 - 350Hz	





Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

Projekt pt. „jUŚt transition - Potencjał Uniwersytetu Śląskiego podstawą Sprawiedliwej Transformacji regionu”

Impedancja wejściowa co najmniej $\geq 60 \text{ M}\Omega$ (przy 10 Hz) CMRR (common-mode reject ration) $\geq 130\text{dB}$ Prąd upływności wejść w stronę pacjenta $< 10\mu\text{A}$ Format zapisu ekg : PDF, PNG, XML, HL7, ZQECG, DICOM, GDT Praca przy zasilaniu sieciowym i akumulatorowym Wbudowana klawiatura mechaniczna (nie dotykowa) W zestawie dodatkowy (drugi) kabel EKG	
---	--

