

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia	Opis oferowanego sprzętu
Regulator temperatury do pomiarów właściwości optycznych – 1 szt.	
1. Kontroler temperatury z możliwością definiowania segmentów z liniową zmianą temperatury, działający w zakresie od -190°C do 600°C. 2. Przystawka wraz z systemem chłodzącym do -196 °C 3. Oprzyrządowanie do systemu chłodzącego 4. Pompa obiegowa wody WCP do optymalnego chłodzenia układu pomiarowego 4. Oprogramowanie sterujące regulatorem do zainstalowania na komputerach. 5. Regulator powinien współpracować z termostatami firmy LINKAM.	