

Projekt pt. „JUŚt transition - Potencjał Uniwersytetu Śląskiego podstawą Sprawiedliwej
Transformacji regionu”

**Dotyczy: Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia
dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień
publicznych p.n.:**

Urządzenia medyczne

Nr sprawy: 195590/2026

Rodzaj zamówienia: **DOSTAWA**

W związku z otrzymanymi pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi :

Pytania Wykonawcy :

CZĘŚĆ B

Elektrokardiograf – 1 szt.

I. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG, który posiada częstotliwość próbkowania 1000 próbek/sekundę zamiast wymaganego 32000 próbek/sekundę? Oferowany parametr zapewnia dokładną rejestrację i analizę sygnału EKG w standardowych warunkach klinicznych, bez wpływu na jakość diagnostyczną?

II. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG, który posiada pasmo przenoszenia 0,05-150 Hz zamiast wymaganego 0,01-350 Hz ? Oferowana wartość jest zgodna z międzynarodowymi standardami IEC dla urządzeń EKG i zapewnia wierne odwzorowanie sygnału w zakresie klinicznie istotnym.

III. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG, który posiada impedancję wejściową ≥ 50 M Ω przy 10 Hz zamiast wymaganej ≥ 60 M Ω ? Różnica ta nie wpływa na stabilność pomiaru i jest akceptowalna w większości urządzeń medycznych klasy premium.

IV. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG, który posiada CMRR ≥ 110 dB zamiast wymaganego ≥ 130 dB? Oferowana wartość zapewnia wysoką odporność na zakłócenia i jest parametrem przekraczającym wymagania normy IEC 60601-2-25.

V. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG, który wspiera formaty zapisu EKG: PDF, BMP, JPG, DICOM, XML, SCP, FDA-XML zamiast wymaganych PDF, PNG, XML, HL7, ZQECG, DICOM, GDT? Brakujące formaty można konwertować za pomocą oprogramowania zewnętrznego bez utraty danych.

VI. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG, który nie posiada wbudowanej klawiatury mechanicznej (nie dotykowej), lecz oferuje pełną obsługę za pomocą ekranu dotykowego 10,4 cala oraz dołączonego rysika, co zapewnia wygodniejszą i bardziej higieniczną obsługę w warunkach klinicznych?

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ zaproponowane urządzenie różni się zbyt mocno, ze względu na oferowane możliwości, względem pierwotnie zamawianego.

Zamawiający informuje, iż w związku z wpłynięciem zapytań, termin składania ofert został przesunięty na dzień 17.03.2026 r. do godz.9:30. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz.10:00.