

Opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych o wartości powyżej 30 000 zł do 80 000 zł

p.n.: Dostawa wyposażenia do mikroskopu stereoskopowego LeicaM205C, będącego w posiadaniu Zamawiającego

Wymagane parametry kamery:

- Rozdzielczość min. 20Mpx, 5472 px x 3648 px ,
- rozdzielczość bitowa min. 3x12 bitów lub min. 3x8 bitów,
- odświeżanie obrazu live min. 7kl./s w pełnej rozdzielczości, min. 19kl./s przy 5 MP (binning 2x2), min. 32kl./s przy 2,3 MP (binning 3x3),
- min. USB 3

Wymagania stacji sterującej:

- karta graficzna o parametrach co najmniej takich jak karta graficzna RTXa1000,
- pamięć RAM min. 32 GB,
- dysk min. 1 TB , z możliwością rozbudowy o kolejny dysk,
- system operacyjny kompatybilny z oprogramowaniem Las X
- monitor min. 31,5'' o rozdzielczości min. 4K.